



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

مناقصة رقم: 81/مشتريات /2024

تور يد قطع خيار اجهزة الكربون العضوي و

التعقيم

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2024/7/15

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول
	الشروط الخاصة
	المواصفات الفنية
	الجزء الثاني
	جدول الكميات
	الجزء الثالث
	نماذج الكفالات
	الجزء الرابع

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأيه مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.

2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .

3. يرفق بالعرض تأمين مالي (تأمين دخول العطاء) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التامينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تأمين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز .

4. يقدم صاحب العرض الفائز تأمين مالي (تأمين حسن تنفيذ) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمه الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا .

5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تأمين حسن التنفيذ اصوليا يقدم صاحب العرض الفائز تأمين مالي (تأمين صيانة) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة الاحالة ولمدة (عام واحد من تاريخ استكمال اجراءات الاستلام النهائي وصرف المطالبات المالية اصوليا) لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومطابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعاد هذا التأمين الى المناقص بعد ان يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .

6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانا خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15 %) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.

7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.

8. ضرورة تحديد مدة التوريد صراحة على ان تكون خلال (اربعة الى خمسة شهور) غير مشروطة اعتبارا من تاريخ نفوذ قرار الاحالة.

9. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطوابع واذا لم تدفع رسوم الطوابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.

10. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته ووثائق دعوة العطاء.

11. على المناقص التقيد بما يلي :

• يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.

• على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء .

• على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال اخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.

12. يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن(90) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض

13. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.

14. إذا أخل المناقص أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14-أ من ملحق رقم 1 من نظام

المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022

15. اذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15 % من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحمله فروق الاسعار دون سابق انذار .

16. للسلطة الحق بطلب ايه شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.

17. على المناقص الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقميا وكتابيا صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء .

18. 1. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجدول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وفي حال تم تقديم جداول خاصة بالشركة يجب بيان رقم البند في جدول الكميات المرفق بالوثيقة

19. تحدد الأسعار الافرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة على اساس واصل مستودعات سلطة المياه (شؤون المختبرات والنوعية) ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.

20. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقا لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
21. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقا لذلك.
22. للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
23. يلتزم المناقص بإرفاق **Manufacture Authorization** شهادة تمثيل معتمدة من الشركات الصانعة للبنود المشار اليها في جدول المواصفات الفنية على أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن سنة.
24. يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي 2021 أو أحدث
25. للسلطة الحق بالطلب من المناقص الفائز المصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المناقص كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويد السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الاصول.
26. إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها، أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.
27. سيتم احالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للعطاء. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
28. الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق
29. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها
30. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناعلي تجر به السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة وتعويض التالف جراء الفحص ايضا وعلى نفقة المناقص .
31. يجوز للمناقص ان يقدم أكثر من عرض واحد وله ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية.
32. للجنة الشراء ان تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة او جزءا منها.

الجزء الثاني

المواصفات الفنية

Item	جدول المواصفة الفنية رقم 1 Description
Shimadzu LC-10A system (HPLC) Spare Parts البنود (1-14) (With Manufacture Authorization provided)	
1.	RINSE PORT SEPTUM. 100PCS/PKT Item Code : 228-21290-91
2.	PEEK needle seal Item Code : 228-33355-01
3.	SUS Needle Assy Item Code : 228-33518-94
4.	STATOR ASSY CHANGE KIT Item Code : 228-36730-91
5.	STATOR ASSY Item Code : 228-21220-91
6.	Valve Rotor Assy, 6 Port

	Item Code : 228-21217-97
7.	ROTOR.6 POSITION VALVE Item Code : 228-36457
8.	Plunger Seal GFP ID3 Item Code : 228-35145
9.	HALOGEN LAMP,NA55917 12V Item Code : 062-65005
10.	Line Filter Assy, SUS Item Code : 228-35871-96
11.	SHAFT ASSY/LC-10AD Item Code : 228-28317-94
12.	Outlet Check Valve Assy, VP Item Code : 228-34976-91
13.	Inlet Check Valve Item Code : 228-32166-91
14.	Column, RS pak DE-413, 4.6 x 150 mm part No F7001005

TN/TOC Analyzer Shimadzo (TN test)

البنود (15-27)

(With Manufacture Authorization provided)

15.	TC COMBUSTION TUBE: TOC-L/TOC-V/TOC-5000/TOC-4000/TOCN4100 . Item No. 638-41323
16.	Platinum Catalyst, ST Type, Regular Sensitivity Item. No. 638-60246
17.	Platinum Mesh, 2pcs/pack Item No. 630-00105-01
18.	O-RING,4D P10AX5 Item No. 036-11352-86
19.	O-RING,PTFE P10 ...5/PKT Item No. 036-11408-84
20.	O-RING,4D P20X5 Item No. 036-11352-91
21.	SYRINGE FILTER,50JP050AN Item No. 046-00042-12
22.	PLUNGER TIP TOC-V Item No. 638-59296-01
23.	5ML SYRINGE TOC-V Item No. 638-59296
24.	TC CATALYST,TOC-V Part no638-92069-02
25.	CO2 ABSORBER 500 ML Part no 630-00999
26.	HALOGEN SCRUBER Part no 630-00992
27.	Sample Needle part # 638-41472

FEDEGARI Autoclave Model: FOB4L/TS SN# NBC906AW

البنود (28-59)

(With Manufacture Authorization provided)

28.	KIT CHECK VALVE+CONDENSATE TRAP,Item code : KK000261
29.	KIT DN22 CHECK VALVE,Item code : KK000298
30.	CHAMBER DRAIN FILTER,Item code : GM300184

31.	KIT GRP DN10-DN10,Item code : KK000303
32.	KIT DN16 ON-OFF VALVE,Item code : KK000304
33.	KIT 1/2" MOD. F.C. VALVE,Item code : KK000362
34.	KIT DN10 PNEUM. VALVE ON-OFF,Item code :KK000301
35.	KIT DN16 CHECK VALVE W/OUT SPRING,Item code : KK000299
36.	KIT MEMBRANE VALVE DN4 MANUAL,Item code : KK000370
37.	KIT DN10 CHECK VALVE,Item code : KK000255
38.	MEMBRANE FOR DOOR SAFETY DEVICE,Item code : PP60024
39.	KIT PROBE ATTACK DN22 4 HOLES,Item code : KK000387
40.	KIT DN10 ON-OFF VALVE ACTUATOR,Item code : KS000025
41.	KIT DN20-26 ON-OFF VALVE ACTUATOR,Item code : KS000026
42.	CENTERING RING DN35 CLAMP,Item code : PP100897
43.	CENTERING RING DN10 CLAMP,Item code : PP100424
44.	KIT DN10 ADJUSTMENT NEEDLE VALVE,Item code : KK000314
45.	CENTERING RING DN6 CLAMP,Item code : PP100905
46.	CENTERING RING DN22 CLAMP,Item code : PP100433
47.	O-RING 72.4x5.34,Item code : CC150174
48.	O-RING 15.47x3.53,Item code : CC150170
49.	O-RING 21.82x3.53,Item code : CC150010
50.	O-RING 13.94x2.62 SIL,Item code : CC060037
51.	O-RING 34.52x3.53,Item code : CC150171
52.	O-RING 23.4x3.53,Item code : CC150214
53.	O-RING 6.02x2.62,Item code : CC150168
54.	O-RING 10.78x2.62,Item code : CC150169
55.	O-RING 5x2,Item code : CC150003

56.	O-RING 12.42x1.78,Item code : CC150123
57.	O-RING 6.07x1.78,Item code : CC150193
58.	O-RING 6x2,Item code : CC150209
59.	O-RING 10.82x1.78,Item code : CC150244

الجزء الثالث

جدول الكميات

جدول الكميات رقم 1

Item	Description	Qty	Unit	السعر الافراضي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)		مدة التوريد	بلد المنشأ
				رقما	كتابة	رقما	كتابة		
	Shimadzu LC-10A system (HPLC) Spare Parts								
1.	RINSE PORT SEPTUM. 100PCS/PKT Item Code : 228-21290-91	1							
2.	PEEK needle seal Item Code : 228-33355-01	2							
3.	SUS Needle Assy Item Code : 228-33518-94	1							
4.	STATOR ASSY CHANGE KIT Item Code : 228-36730-91	1							
5.	STATOR ASSY Item Code : 228-21220-91	1							
6.	Valve Rotor Assy, 6 Port Item Code : 228-21217-97	1							
7.	ROTOR.6 POSITION VALVE Item Code : 228-36457	1							
8.	Plunger Seal GFP ID3 Item Code : 228-35145	2							
9.	HALOGEN LAMP,NA55917 12V Item Code : 062-65005	1							
10.	Line Filter Assy, SUS Item Code : 228-35871-96	1							
11.	SHAFT ASSY/LC-10AD Item Code : 228-28317-94	2							
12.	Outlet Check Valve Assy, VP Item Code : 228-34976-91	1							
13.	Inlet Check Valve Item Code : 228-32166-91	1							

14.	Column, RS pak DE-413, 4.6 x 150 mm part No F7001005	1							
	TN/TOC Analyzer Shimadzo (TN test) spare parts	1							
15.	TC COMBUSTION TUBE: TOC-L/TOC- V/TOC-5000/TOC-4000/TOCN4100 . Item No. 638-41323	1							
16.	Platinum Catalyst, ST Type, Regular Sensitivity Item. No. 638-60246	1							
17.	Platinum Mesh, 2pcs/pack Item No. 630- 00105-01	1							
18.	O-RING,4D P10AX5 Item No. 036-11352- 86	1							
19.	O-RING,PTFE P10 ...5/PKT Item No. 036-11408-84	1							
20.	O-RING,4D P20X5 Item No. 036-11352- 91	1							
21.	SYRINGE FILTER,50JP050AN Item No. 046-00042-12	1							
22.	PLUNGER TIP TOC-V Item No. 638- 59296-01	4							
23.	5ML SYRINGE TOC-V Item No. 638- 59296	1							
24.	TC CATALYST,TOC-V Part no638- 92069-02	1							
25.	CO2 ABSORBER 500 ML Part no 630- 00999	1							

26.	HALOGEN SCRUBER Part no 630-00992	1							
27.	Sample Needle part # 638-41472	1							
	FEDEGARI Autoclave Model: FOB4L/TS SN# NBC906AW								
28.	KIT CHECK VALVE+CONDENSATE TRAP,Item code : KK000261	1							
29.	KIT DN22 CHECK VALVE,Item code : KK000298	1							
30.	CHAMBER DRAIN FILTER,Item code : GM300184	1							
31.	KIT GRP DN10-DN10,Item code : KK000303	1							
32.	KIT DN16 ON-OFF VALVE,Item code : KK000304	1							
33.	KIT 1/2" MOD. F.C. VALVE,Item code : KK000362	1							
34.	KIT DN10 PNEUM. VALVE ON-OFF,Item code :KK000301	1							
35.	KIT DN16 CHECK VALVE W/OUT SPRING,Item code : KK000299	1							
36.	KIT MEMBRANE VALVE DN4 MANUAL,Item code : KK000370	1							
37.	KIT DN10 CHECK VALVE,Item code : KK000255	1							
38.	MEMBRANE FOR DOOR SAFETY DEVICE,Item code : PP60024	1							

39.	KIT PROBE ATTACK DN22 4 HOLES,Item code : KK000387	1							
40.	KIT DN10 ON-OFF VALVE ACTUATOR,Item code : KS000025	1							
41.	KIT DN20-26 ON-OFF VALVE ACTUATOR,Item code : KS000026	1							
42.	CENTERING RING DN35 CLAMP,Item code : PP100897	1							
43.	CENTERING RING DN10 CLAMP,Item code : PP100424	1							
44.	KIT DN10 ADJUSTMENT NEEDLE VALVE,Item code : KK000314	1							
45.	CENTERING RING DN6 CLAMP,Item code : PP100905	1							
46.	CENTERING RING DN22 CLAMP,Item code : PP100433	1							
47.	O-RING 72.4x5.34,Item code : CC150174	1							
48.	O-RING 15.47x3.53,Item code : CC150170	2							
49.	O-RING 21.82x3.53,Item code : CC150010	2							
50.	O-RING 13.94x2.62 SIL,Item code : CC060037	1							
51.	O-RING 34.52x3.53,Item code : CC150171	1							
52.	O-RING 23.4x3.53,Item code : CC150214	1							

53.	O-RING 6.02x2.62,Item code : CC150168	2							
54.	O-RING 10.78x2.62,Item code : CC150169	4							
55.	O-RING 5x2,Item code : CC150003	2							
56.	O-RING 12.42x1.78,Item code : CC150123	2							
57.	O-RING 6.07x1.78,Item code : CC150193	2							
58.	O-RING 6x2,Item code : CC150209	2							
59.	O-RING 10.82x1.78,Item code : CC150244	2							
Total									

السعر الإجمالي رقماً) (دينار.

السعر الإجمالي كتابة :.....

السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً : ()

اسم المناقص (شركة / مؤسسة):.....

هاتف المناقص (شركة / مؤسسة):.....

فاكس المناقص (شركة / مؤسسة):.....

البريد الإلكتروني:.....

التاريخ

الختم والتوقيع

□

الجزء الرابع

نماذج الكفالات

التاريخ: / /

تاريخ الاستحقاق:

رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المناقص.....

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم ()

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

الفرع:

التاريخ: / /

رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المتعهد

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق بـ (.....)

بمبلغ () دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع :

التاريخ : / /

رقم الكفالة :

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).

المتعلق ب

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج تقديم اعتراض

سلطة المياه والري /مديرية العطاءات والمشتريات

اسم المناقص:

رقم العطاء: الخاص ب.....

نوع الاعتراض:

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/اسباب الاعتراض

.....

المرفقات :.....

.....

الختم والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم العطاءات).....